

汉源县人民医院
血管造影机（DSA）维保院内比选磋商
项目

磋商文件

汉源县人民医院
2025 年 5 月 6 日

汉源县人民医院血管造影机（DSA）维保院内比选磋商采购项目邀请函

汉汉源县人民医院拟开展血管造影机（DSA）维保院内比选磋商项目采购，诚邀符合条件的、有履约能力的报价人前来参加报价。

1.项目概况

1.1 项目名称：汉源县人民医院拟采购一台 GE 血管造影机型号 OPTIMA IGS330 人工维保 2 年。

1.2 项目地点：汉源县人民医院。

1.3 拟确定中选供应商数量：1 家。

1.4 资金来源及金额：业主自筹，预算资金 13.96 万元/年。

2.供应商应具备的资格条件：

报价人应具有独立承担民事责任能力，具有该类产品经营许可及相应的工商、税务登记证明及其它相关资质。

3.报价方式、截止时间：

报价方式：2025 年 5 月 9 日 14:30 前将纸质响应文件盖鲜章并密封后现场递交至比价小组。逾期不再接收报价，本次采购不接受邮寄的报价文件。

磋商地点：汉源县人民医院，门诊楼八楼会议室。

磋商时间：2025 年 5 月 9 日 14:30。

联系人：石老师

联系电话：18783526131

联系地址：四川省汉源县富林镇富林大道二段 128 号

4.评比方式

该项目采用院内比选磋商采购，评分方法如下，报价及响应格式自拟且需要逐页鲜章确认，如非企业法人参与比价活动，必须提供法人授权委托书。采购方法如下：

序号	评分因素及权重	分值	评分细则
1	报价 15%	15 分	1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×15； 2、对小型、微型、监狱企业生产的产品的价格（如涉及）给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 3、对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行 10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审。
2	技术服务要求	24 分	根据投标人对技术、服务、商务偏离情况评审，完全响应招标文件要求没有负偏离的得满分 24 分，有一项负偏离的扣 2 分，扣完为止。（按照偏离情况表及技术、服务、商务要求提供的证明材料进行评审）
3	技术力量	16 分	1、投标人或服务提供方的维修保养专业维修配备工具：有效专业工具最齐全的为优，得 8 分；有效专业工具基本齐全的为良，得 5 分；有效专业工具不齐全，仅能满足简单维修的为一般，得 2 分，其余不得分。（可并列得分投标人或服务提供方应提供备件工具证明文件：维修工具清单及对应的专业维修工具图片、维修工具年检报告，复印件加盖投标人公章。） 2、投标人或服务提供方具有 ISO9001 或 ISO2000、ISO13485、ISO27001、FDA 的一个得 2 分，最多得 8 分，复印件加盖投标人公章。
4	业绩	9 分	根据投标人近两年（2023 年 5 月 1 日至今）的类似业绩情况进行评审，每提供 1 个客户可得 3 分，最多可得 9 分。投标文件中提供中标通知书或合同复印件加盖投标人公章，不提供者不得分。

5	人员配置	9 分	投标人或服务提供方提供与本项目维保设备相关联的维修工程师培训证书。四川省内原厂在职工程师，提供一名工程师得 3 分，9 分加满为止。
6	服务场所	1 分	投标人或服务提供方必须能及时提供服务，在本省内设有维修点或分公司得 1 分，省外不得分。（提供其各个维修办事处详细地址与联系电话以供采购方核实）
7	原厂球管配置能力	3 分	投标人或服务提供方必须有能力提供原厂全新该型号设备球管的承诺函，满足得 3 分，不满足不得分。
8	增值服务	10 分	投标人或服务提供方对保修设备是否具备远端服务器实时自动监测设备温湿度实时曲线的软件及硬件，具备对设备的电气环境进行 24 小时实时监测能力，具备完全使用远程遥控诊断系统的能力得 10 分。
9	FMI 升级更新	3 分	投标人或服务提供方能合法并及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施即 FMI；保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。
10	原厂服务	10 分	原厂或提供原厂授权证明得 10 分，不提供不得分。（以授权委托书为准）
总分		100 分	

5.报价费用：

供应商应自行承担所有与参与报价活动有关的各项费用。

6. 报价说明：

各供应商必须认真填写“报价人声明，所报价格是满足报价文件所有条件的价格，各报价人所报价格不得高于其他对同类维保价格，也不得出现恶意低价情况，否则汉源县人民医院将向有关部门通报、报经政府采购监督管理部门处理。

7. 服务内容及要求（响应格式自拟，加盖鲜章）

1. 提供有效地营业执照，注册资金不低于 300 万，具有资偿能力。

2. 投标人或服务提供方需提供 ISO9001 及医疗器械维修 ISO13485 认证证书。

3. 投标人或服务提供方在我省最少设有 1 个长期稳定的维修服务机构。

4、投标人或服务提供方在我省内服务机构需配备有至少 2 名全职的、原制造商认证合格的工程师，并具有该设备的维修认证资质。有权限访问原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。

5、投标人或服务提供方有能力提供全新原装球管，必须为全新原装球管，且球管具有 CFDA 注册证，且注册证在有效期内；如没有单独球管注册证，须提供整机注册证。球管经过整机匹配性测试合格，提供测试报告。

6、保修含 optima IGS 330 不限次现场派工服务，每年提供每季度一次的标准保养并出具详细的维保报告。

7、投标人或服务提供方必须具备 800 及 400 客户服务专线电话，每年 365 天开通，每天开通服务时间不少于 12 小时。

8、服务期内，接到医院故障通知时随叫随到，全天候电话响应，工程师应在 24 小时内到达现场（包括节假日）。

9、服务期内，每年提供设备定期保养 4 次，对设备每年提供 4 次定期维护、保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的

保养报告。具体内容包括：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）软件等等。

10、服务期，原厂备件（除球管、探测器）9折优惠。

11、投标人或服务提供方可提供基于专用路由器，宽带接入式的远端服务器实时自动监测标的设备温湿度实时曲线的软件及硬件，具备对标的设备的电气环境进行24小时实时监测能力。

12、提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，维保期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

汉源县人民医院

2025年5月6日