

汉源县人民医院
核磁共振维保采购项目院内比选磋商

磋商文件

汉源县人民医院
2025 年 5 月 6 日

汉源县人民医院

核磁共振维保采购项目院内比选磋商公告

汉源县人民医院拟开展核磁共振维保项目采购，诚邀符合条件的、有履约能力的供应商前来参加。

1.项目概况

1.1 项目名称：汉源县人民医院拟采购一台奥泰 1.5T 核磁共振机人工维保，维保期限 1 年，如遇医院维保需求发生变化，医院提前 2 周书面通知供应商，维保费用则按实际维保天数结算。

1.2 项目地点：汉源县人民医院。

1.3 拟确定中选报价人数量：1 家。

1.4 资金来源及金额：业主自筹，预算资金 9.8 万元/年。

2.报价人应具备的资格条件：

供应商应具有独立承担民事责任能力，具有该类产品经营许可及相应的工商、税务登记证明及其它相关资质，注册资金不低于 100 万元，具有资偿能力。

3.报价方式、截止时间：

报价方式：2023 年 5 月 9 日 15:00 前将纸质响应文件盖鲜章并密封后现场递交至磋商现场。逾期不再接收响应文件，本次采购不接受邮寄的响应文件。

磋商地点：汉源县人民医院，门诊楼八楼会议室。

磋商时间：2025 年 5 月 9 日 15:00。

联系人：石老师

联系电话：18783526131

联系地址：四川省汉源县富林镇富林大道二段 128 号

4.评比方式

该项目采用院内比选磋商采购，评分方法如下，报价及响应格式自拟且需要逐页鲜章确认,如非企业法人参与比价活动，必须提供法人授权委托书。比价方法如下：

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	备注
1	报价 10% (共同评分因素)		10 分	满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×分值。	
2	业绩 8% (共同评分因素)		8 分	投标人 2023 年 1 月 1 日（含 1 日）以来，每有一个核磁共振设备（系统）维保业绩得 4 分，最多得 8 分。 注：业绩时间认定以合同签订时间为准，提供有效合同（协议）复印件，加盖投标人公章。	
3	项目服务响应 15% (技术类评分因素)		15 分	投标人完全满足文件服务内容及要求中的要求的得 15 分，每有一项“★”条款偏离扣 3 分，无星号标志条款一项不满足扣 2 分，扣完为止。	
4	项目团队人员配备 12% (共同评分因素)		12 分	投标人为本项目配备的维护保养人员中每有一人具有三年及以上核磁共振设备（系统）维保经验的得 4 分，最多得 12 分。（注：投标人自行提供维护保养人员的工作履历表并加盖投标人公章，履历表格式由投标人自行拟定）	
5	项目整体服务方案 55% (技术类评	项目分析 9%	9 分	投标人针对本项目提供的项目分析包括 ①服务项目概况分析；②对本项目的服务的重难点分析；③重难点的解决措施，上	

	分因素)			述三项内容无缺少、无缺陷得 9 分，每有一项内容缺少扣 3 分，每有一项缺陷（指内容凭空编造、存在无关的事项、内容不全面、套用其他项目方案、规范标准错误、项目地点错误、内容粗略、存在不可能实现的夸大情形）扣 1.5 分，扣完为止。	
		维保方案 28%	28 分	投标人针对本项目提供的维保方案包括①维保服务内容；②系统精细保养服务计划及流程；③系统精细保养方案；④巡检流程；⑤巡检保养方案；⑥技术支持方案（包含备件准备方案）；⑦维保质量保障措施；上述七项内容无缺少、无缺陷得 28 分，每有一项内容缺少扣 4 分，每有一项缺陷（指内容凭空编造、存在无关的事项、内容不全面、套用其他项目方案、规范标准错误、项目地点错误、内容粗略、存在不可能实现的夸大情形）扣 2 分，扣完为止。	
		项目组织机构管理方案 9%	9 分	投标人针对本项目提供的项目组织机构管理方案包括①项目人员职责分工；②项目人员管理制度；③项目人员安全保障措施；上述三项内容无缺少、无缺陷得 9 分，每有一项内容缺少扣 3 分，每有一项缺陷（指内容凭空编造、存在无关的事项、内容不全面、套用其他项目方案、规范标准错误、项目地点错误、内容粗略、存在不可能实现的夸大情形）扣 1.5 分，扣完为止。	
		应急服务方案 9%	9 分	投标人针对本项目提供的应急服务方案包括①应急服务响应时间；②应急响应沟通机制；③突发事件梳理及处理措施；上述三项内容无缺少、无缺陷得 9 分，每有一项内容缺少扣 3 分，每有一项缺陷（指内容凭空编造、存在无关的事项、内容不全面、套用其他项目方案、规范标准错误、项目地点错误、内容粗略、存在不可能实现的夸大情形）扣 1.5 分，扣完为止。	
	总分		100 分		

5.报价费用：

报价人应自行承担所有与参与报价活动有关的各项费用。

6. 报价说明

各报价人必须认真填写“报价人声明，所报价格是满足报价文件所有服务内容及要求条件的价格，报价人所报价格不得高于其他对同类维保价格，也不得出现恶意低价情况，否则汉源县人民医院将向有关部门通报、报经政府采购监督管理部门处理。

7. 服务内容及要求（响应格式自拟，加盖鲜章）

1. 提供远程监控和远程故障诊断服务。

★2. 响应时间保证：报价人接到客户关于设备运行故障的报修电话，将在 1 小时内响应；服务工程师将立刻启动远程进行诊断；若无法远程解决，将立刻安排服务工程师在 24 小时内到达现场对设备进行维修，非磁体、压缩机、冷头等重大部件故障，应保证 48 小时内完成维修，使设备正常工作运行。如果涉及重大部件（磁体、压缩机、冷头等），维修时间不超过 72 小时，如无法达到以上服务要求，且未获得医院同意，报价人需按照上一年度日平均检查人次赔偿医院。因不当维修或其他人因素导致医院设备损失扩大，报价人需按照对应内容损失叠加上一年度日平均检查人次赔偿医院。

3. 每年提供四次设备的设备保养，运行状态检查，并提供维护保养报告；内容包括：系统性的检查和精细保养，其中包括设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁，并确保系统能按照制造商的产品规格进行的其它维护；在不需要新的硬件支持下，为客户系统升级成最新版的软件。

★4、提供不少于 3 人的专业维修工程师，且均具有原厂认证的维修资质。（提供原厂培训证书）

★5. 维修期间需要更换其它的备件报价人应保证为经原厂测试合格的备件。

6. 本项目包含人工维保服务，维修期间需要更换其它的备件，需由报价人与医院单独商议结算。报价文件中，需提供备件价格清单。

汉源县人民医院

2025 年 5 月 6 日